

新化县紧密型县域医共体医疗卫生强基工程建设项目医疗设备采购
更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：CGXM2026431322000013

原公告的采购项目名称：新化县紧密型县域医共体医疗卫生强基工程建设项目医疗设备采购

原公告的采购计划备案号：(2026)431322000014-1

首次公告日期：2026 年 09 月 18 日

原公告开标时间：2026 年 10 月 13 日 09 时 00 分 00 秒

二、更正信息

更正事项：☒ 采购公告 ☒ 采购文件

更正内容：

更正前内容			
招标公告中 69 和 73 号技术参数			
序号	名称	技术参数	

更正前内容			
69	全自动化学发光仪	1、仪器类型：全自动随机管式，急诊优先检测； 2、测试速度：单台设备最大测试速度 $\geq 500T/H$ ； 3、视觉识别：能够自动识别不同的样本容器，对异常液面智能识别和报警，确保加样的准确性； 4、样本针清洗方式：瀑布式真空气吸清洗，样本针携带污染率 $<0.1ppm$ ； 5、样本管规格：能支持微量样本杯、原始采血管、塑料试管； 6、试剂针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能； 7、反应杯：反应单元为一次性反应杯，一次性加载 ≥ 1200 个，料斗式散装反应杯进样； 8、加样方式：钢针加样，无需一次性TIP头。 9、混匀方式：同时具备非接触式偏心涡旋混匀和超声混匀两种技术； 10、磁分离机构布局：单独磁分离盘，4重磁分离清洗，底部注入； 11、校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正； 12、质控规则：Westgard多规则质控、Twin plot； 13、配套试剂包含甲状腺、性腺激素、肿瘤标记物、传染病已经集采部分，全部进入集采分组A组。 14、甲状腺检测具有反甲状腺原氨酸rT3检测项目。 系统要求：网络接口可连接LIS/HIS等数据管理系统； 15、国产。	田坪镇中心卫生院
73	多功能治疗床	1、摄像：4K超高清主机，NBI黏膜显色、数字降噪、光学变焦 2、光源：180W LED冷光源，亮度可调，功耗低、免维护 3、屏幕：22寸医用专业屏 4、软件：图文工作站、病例存储、USB录像输出、兼容HIS系统 完整硬镜标配 1. 4mm 0°、30°、70° 鼻内镜各1支 2. 2.7mm儿童鼻镜1支 3. 2.7mm、1.9mm耳内镜各1支 4. 导光束、器械收纳盒、移动台车全套配齐 国产。	田坪镇中心卫生院
更正后内容			
招标公告中 69 和 73 号技术参数修正为			
序号	名称	技术参数	
69	全自动化学发光仪	1、仪器类型：全自动随机管式，急诊优先检测； 2、测试速度：单台设备最大测试速度 $\geq 200T/H$ ； 3、视觉识别：能够自动识别不同的样本容器，对异常液面智能识别和报警，确保加样的准确性； 4、样本针清洗方式：瀑布式真空气吸清洗，样本针携带污染率 $<0.1ppm$ ； 5、样本管规格：能支持微量样本杯、原始采血管、塑料试管； 6、试剂针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能；	田坪镇中心卫生院

更正后内容			
		7、反应杯：反应单元为一次性反应杯，一次性加载 ≥ 1200 个，料斗式散装反应杯进样； 8、混匀方式：同时具备非接触式偏心涡旋混匀和超声混匀两种技术； 9、磁分离机构布局：单独磁分离盘，4重磁分离清洗，底物注入； 10、校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正； 11、国产。 12、原厂免费开放接口，无缝对接 HIS/LIS/PACS/公卫系统，无对接年费。	
73	多功能治疗床	1. 外形尺寸（长 $\times$ 宽） 1900-2150mm $\times$ 600-700mm 升降高度范围 460-980mm（电动升降） 承重能力 ≥ 220 -250kg 净重 约 64-80kg 调节时间 升降调节时间 ≤ 30 秒 2. 节段调节参数 节段数量 3-6 段，常见为 3-5 段 头板调节 -45° 至 $+45^{\circ}$ 背板/第二段调节 0° 至 25 - 40° 腿板/第三段调节 0° 至 70 - 80° 小腿部调节 部分高端型号可独立调节，范围约 -50° 至 $+90^{\circ}$ 下肢外展调节 部分型号支持 50° - 90° 外展 扶手调节 调节距离 150mm 或平面旋转 3. 电机与控制系统 电机推力 ≥ 6000 N 电机数量 2-4 个（主升降+背部+其他） 3. 操控方式 360° 环形碰触式开关 + 手控器 + 可选脚控 电压 220V 50Hz 4. 材质与工艺 参数类别 基本要求与参考范围 来源 床架材质 铁框架加表面喷塑处理 床垫海绵 厚度 ≥ 5 cm，密度 36kg/m ³ 床面材质 医用 PVC 皮革，阻燃标准英标 5852 透气孔 头部配置透气孔及孔塞 5. 移动与地面适应性 脚轮 伸缩脚轮设计 + 7.5cm 医用承压轮 地面适应性 四调节螺杆设计，提升不平整地面稳定性 6. 保修与使用年限 7. 参数类别 整机保修 ≥ 3 年 电机保修 ≥ 5 年 使用年限 ≥ 8 年	田坪镇中心卫生院

更正日期：2026 年 09 月 24 日

三、疑问及质疑

本更正公告为招标文件的组成部分，招标文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改，若本更正公告与原招标文件内容有不一致之处，应以本更正公告为准。

供应商认为本更正内容存在歧视性的，应在更正公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出。

四、其他补充事宜

无

五、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称： 新化县卫生健康局

地 址： 新化县上渡街道办事处财卫路

联系方式： 周先生

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称： 娄底市政府采购中心

地 址： 娄底市娄星区

联系方式： 13607389803

3. 项目联系方式

项目联系人： 周洪

电 话： 13973828662