

岳阳市平江县政府采购项目需求表

编制单位名称（盖章）

编制时间 2026年7月16日

项目名称		平江县第一人民医院两台CT机、两台磁共振机、两台DSA三年维保服务				
采购单位		平江县第一人民医院				
☒ 自行组织编制	负责人	联系方式		电子邮箱		
	刘琼妃	13974009105				
	其它参与编制人员	余雄伟、张小康、刘湘峰、徐勇				
☐ 委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称					
	联系人	联系方式		电子邮箱		
采购项目类别		☐ 货物 ☒ 服务 ☐ 工程				
需求调查	是否开展需求调查	☒ 是 ☐ 否				
	不开展需求调查的理由					
预算金额（如有分包，请自行加行）		998万元				
采购标的汇总表	标的（产品）品目	计量单位	数量	进口/国产	核心产品	备注
	医疗设备维修和保养服务 C23120500	台	6	西门子SOMATOM go. Now16排CT机和东软NeuViz16Essence16排CT机（含球管与移机）；GE1.5TMR355磁共振机和GE1.5TCreator磁共振整机(含移机)及相关配套设备；飞利浦FD20DSA、Azurion5M20DSA(含移机)的维修服务		维保服务3年

技术商务要求 (如有分包, 请自行加行)	技术要求	技术服务要求: 1、预防性保养:按照保养计划提供, 每年提供4次专业保养, 以保证设备处于最佳运行状态, 全年开机率达到95%以上, 按照一年365天计算, 每天24小时计算。因乙方维保或移机原因导致单台设备开机率低于95%的, 停机时间每超过一天, 该台设备维保期顺延三天, 并处以2000-5000元/天的违约金; 如故障不能及时解决, 造成单次停机≥ 5个工作日, 采购人有权另择供应商或工程师进行紧急维修, 所产生的费用以及造成的一切后果由供应商承担; 累计停机超过30天, 甲方有权解除合同。特殊情况如更换球管等大型故障需提供详细报告说明。 (1) 记录并安排保养时间 (2) 按照保养计划更换损耗部件 (3) 按照厂家标准进行调校 (4) 确认各项技术指标及性能 (5) 年检时, 服务方负责并保证全部监测指标达标, 通过相关部门检测时, 保障取得合格证。 (6) 记录设备状况 (7) 提供设备保养内容清单 (8) 提供每次保养后提供保养报告 (9) 提供临床所需的应用服务(具体内容合同约定) 2、年检: 年检时中标人负责并保证全部监测指标达标, 通过相关部门检测, 取得合格证, 如未通过年检, 其相关费用由中标人承担, 并立即整改直至通过检测, 供应商承担其引起的相关损失及法律责任。 3、响应: 合同期内全天候24小时不间断提供服务, 不限次数维修和技术咨询服务。接到报修后1小时内响应, 并于6小时之内赶到维修现场对接临床协调服务工作, 一般故障处理时间≤ 24小时, 需要采购更换配件时, 停机时间≤ 48小时; 停机时间≥ 48小时, 需要出具纸质说明文件, 并提供应急预案和承诺, 报相关科室和医院相关领导签字, 否则, 医院有权无条件终止维保合同。 4、零备件要求: 如有配件损坏, 更换的配件必须与原设备型号一致, 且是全新原装合格的零备件, 保障不会对设备质量或图像等产生不良影响。提供保修所需备件供应要及时、充足。并提供有效的证明材料或相关资质文件等, 如因提供不合法不合规或来路不明的备件而引起的相关损失及法律责任由供应商自行承担。 5、投标人必须具备履约能力, 确保系统稳定性, 保证设备的各项电器、机械参数符合国内、国际机械电气标准, 保证各项功能通过主机、操作系统正常测试并保证各项功能完整、正常使用, 保证图像质量、图像分辨率稳定可靠, 符合诊断要求。 6、团队人员拥有雄厚的维修实力, 维修工程师应具有专业技术能力, 需提供信息名单及联系方式。 7、本项目是对以上设备全周期维修与保养服务, 在此期间所有风险(如材料、人工、意外伤害等)及费用均由投标人承担, 与采购人无关。采购人对投标人所提供的服务与部件有知情权。 8、合同期内, 医院将对中标公司的服务质量进行考核(包括: 软件安装升级、开机率、故障响应时间、故障排除时间及维保服务条款履行情况等), 若考核不合格, 医院可解除合同并有权要求中标公司赔偿由于设备停机造成的直接和间接损失。每半年为一个考核周期。 9、仓储: 为保障配件的快速且安全的供应, 维保服务实施人应设有维修服务站点及备件库(提供相应证明材料, 如租赁合同等)。 10、如采购人因发展需要, 停用或报废任意设备, 采购人提前一个月以书面形式通知投标人, 该设备维保合同自动终止, 投标人应无条件接受。 11、维保服务实施人需提供维护保养的专业工具的介绍, 需图文并茂; 并提供专用维修工具校准记录及年度正规校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告。 12. 投标人提供一套自主研发或合法授权使用的维保设备管理软件, 该系统能为用户提供所维保的医疗设备全生命周期管理服务, 维保合同到期后, 该管理软件使用权归采购人所有。 13. 服务期内, 投标人对每台维保设备应≥ 1次/年的免费临床应用再培训或新技术应用培训, 并根据采购人需求安排工程师或应用专员到场指导。 ▲14、核心部件要求: 所更换的球管等核心部件必须是全新原装, 确保球管来源合法合规。
---------------------------------	-------------	--

	商务要求	1、采购内容：两台CT机、两台磁共振机、两台DSA三年维保服务项目 2、质量要求：保证两台CT机、两台磁共振机、两台DSA正常运行 3、实施期限：维保服务期限3年，按合同签订生效之日起计算 4、地点：平江县第一人民医院 5、包装和运输：由成交供应商负责，包括设备的装卸及现场搬运（含新院搬迁）等。 6、保险：成交供应商负责其派出的施工安装人员的工伤险、安全生产责任保险。 7、付款人：平江县第一人民医院 8、付款方式：以合同签订为准
--	------	--

填表说明：1、此表为不需开展需求调查的项目，如果属要开展需求调查的项目，还需另外填列《需求调查表》。

2、《采购标的汇总表》根据项目类型可调整。其中：1)政府购买服务项目请在备注栏注明指导性目录编号。2)服务类采购项目请提供服务内容或方案清单作附件。3)工程类采购项目请提供工程量清单作附件。

3、本表填列的具体要求请参照文件指导。

岳阳市平江县政府采购项目实施计划表

编制单位名称 (盖章):		编制时间		2026年7月16日		
项目名称		平江县第一人民医院两台CT机、两台磁共振机、两台DSA三年维保服务				
采购单位		平江县第一人民医院				
☒ 自行组织编制	负责人	联系方式		电子邮箱		
	刘琼妃	13974009105				
	其它参与编制人员	陈雄伟, 张小康, 张勇, 刘相峰 ✓				
☐ 委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称					
	联系人	联系方式		电子邮箱		
采购项目类别		☐ 货物 ☒ 服务 ☐ 工程				
合同订立安排	项目预计实施时间	2026年8月				
	项目进场/交付时间	2026年8月-2029年8月				
	项目实施地点	平江县				
合同订立安排	采购方式	☐ 集中采购 ☒ 分散采购				
	委托代理安排	☐ 自行采购 ☐ 集中采购机构 ☒ 社会代理机构				
	供应商资格条件	投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人, 且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。 特定资格条件: 投标人具备有效期内的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》、《辐射安全许可证》				
	项目预算金额	998万元				
	项目最高限价	998万元				
	采购包划分与合同分包	是否分包	☐ 是 ☒ 否			
		采购包划分要求	/			
		合同分包要求	/			
标的 (产品) 品目	计量单位	数量	进口/国产	核心产品	备注	

	医疗设备维修和保养服务 C23120500	台	6	西门子SOMATOM go. Now16排CT机和东软NeuViz16Essence16排CT机（含球管与移机）；GE1.5TMR355磁共振机和GE1.5TCreator磁共振机整机（含移机）及相关配套设备：飞利浦FD20DSA、Azurion5M20DSA（含移机）	维保服务3年
合同 订立 安排	配套设备等	更换 CT 球管专用力矩工具 + 专用吊链、探测器模块专用力矩工具、X 射线探测器测试仪（测探测器通道一致性、坏道）、CT 扫描模拟软件（连机做模拟扫描，判图像质量，不用真曝光）、高压检测工具；MR 的工具：全套无磁工具、励磁电源 + 退磁设备、匀场工具 + 匀场架、场强仪 / 高斯计涡流校正仪、射频功率测试仪 + SST 信号调整仪、网络分析仪、温度检测仪；DSA 本质是“大型 C 臂 + 血管造影”，偏介入场景，工具跟 CT 有部分重叠但更强调剂量 + 高压安全；DSA 本质是“大型 C 臂 + 血管造影”，偏介入场景，工具跟 CT 有部分重叠但更强调剂量 + 高压安全；Tube 高压检测工具，带 X 射线剂量监测剂量校准仪、静电防护工具 + 射线防护用品、图像采集板 / 功率板级维修工具、球管更换专用工具；			
	包装和运输要求	成交供应商负责所有物料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。			
	保险要求	成交供应商负责其派出的施工安装人员的人身意外保险等等，采购人均不承担责任。			
	采购方式	☒ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☐ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商 ☐ 询价 ☐ 单一来源采购 ☐ 其他			
	采购方式是否需要财政部门批准	☒ 不需要 ☐ 需要			
	需要批准的报批安排	/			
	供应商邀请方式	☒ 公开方式 ☐ 邀请（推荐）方式			
	用供应商邀请方式的依据	/			
	评审规则	☐ 最低评标价法 ☒ 综合评分法			
	选最低评标价法的理由	/			
	选综合评分法的理由	采购需求客观、明确，且技术较复杂或者专业性较强的采购项目			
	评标方法描述	经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。其中价格：10% 商务：40% 技术：50%			
合同类型	☐ 买卖合同 ☐ 建设工程合同 ☒ 技术合同 ☐ 物业服务合同 ☐ 委托合同 ☐ 其他				
选择合同类型的理由	此项目属于设备维保服务				
定价方式	☒ 固定总价，要求：详见采购清单 ☐ 固定单价，要求：				

合同管理安排		☐ 成本补偿, 要求:
		☐ 绩效激励, 要求:
	选择定价方式的理由	采购需求客观、明确, 且技术较复杂或者专业性较强的采购项目
	合同文本的主要条款	1. 项目信息 (1) 采购项目名称: (2) 采购计划编号: 平财采计(2026) (3) 项目内容: 2. 合同金额 (1) 合同金额小写: 大写: (2) 具体标的见附件。 (3) 合同价格形式: 总价合同形式 3. 履行合同的时间、地点及方式 起始日期: 2026年8月 日, 完成日期: 2029年8月 日; 总日历天数: 3年 方式: 项目验收。 4. 付款: 付款方式: 合同中约定。 5. 解决合同纠纷方式 首先通过双方协商解决, 协商解决不成, 则通过以下途径之一解决纠纷: ☒ 提请仲裁; ☐ 向人民法院提起诉讼。
	履约验收主体	☐ 采购代理机构 ☐ 本项目的其他供应商 ☐ 专家 ☐ 第三方专业机构 ☐ 服务对象 ☒ 其他
合同管理安排	履约验收时间	2029年8月
	履约验收方式	联合验收
	履约验收程序	合同约定
	履约验收内容	按清单和合同等
	履约验收验收标准	按相关行业标准
	履约验收其他事项	无
	付款方式	如实行预付款制度, 具体预付比例: _0_%
填表说明:		
2、进口产品采购应报市级财政部门核准, 核准资料作为附件提供。		
3、标的配套设备、备件、耗材等若服务类和工程类有, 也须列明。		
4、本表填列的具体要求请参照文件指导。		