

岳阳市平江县政府采购项目实施计划表

编制单位名称：平江县汉昌街道社区卫生服务中心

编制时间：2024年9月10日

项目名称		平江县汉昌街道社区卫生服务中心眼科专科建设设备采购项目		
采购单位		平江县汉昌街道社区卫生服务中心		
☒ 自行组织编制	负责人	430626100481	联系方式	电子邮箱
	徐二平		15274007789	/
	其它参与编制人员	吴祥英、黎芳芳、龙志强		
☐ 委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称	智埔国际建设集团有限公司		
	联系人		联系方式	电子邮箱
采购项目类别		☒ 货物 ☐ 服务 ☐ 工程		
合同订立安排	项目预计实施时间	2024年9月		
	项目进场/交付时间	2024年9月/2024年10月		
	项目实施地点	平江县汉昌街道社区卫生服务中心		

合同订立安排

采购方式	☐ 集中采购 ☒ 分散采购				
委托代理安排	☐ 自行采购 ☐ 集中采购机构 ☒ 社会代理机构				
供应商资格条件	供应商特定资格条件： 1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： (1) 具有独立承担民事责任的能力； (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (6) 法律、行政法规规定的其他条件。 2.2、采购项目的特定资格条件： (1) 投标人为制造商须具备行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证，并处于有效期； (2) 投标人为经销商或代理商须具备行政主管部门颁发的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，并处于有效期。 (3) 所投产品须具有有效的医疗器械注册证（或备案凭证），且证书在有效期内。				
项目预算金额	750000.00元				
项目最高限价	750000.00元				
采购包划分与合同分包	是否分包	☐ 是 ☒ 否			
	采购包划分要求	不进行分包			
	合同分包要求	无			
标的（产品）品目	计量单位	数量	进口/国产	核心产品	备注
其他医学设备	台	1	国产	光学相干断层扫描仪	
	套	4	国产	超乳机专用超乳手柄	
	个	6	国产	IA注吸手柄	
	台	1	国产	超乳清洗机	

合同订立安排

配套设备等	无
包装和运输要求	无
保险要求	成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险等
采购方式	☐ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☒ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商 ☐ 询价 ☐ 单一来源采购 ☐ 其他
采购方式是否需要财政部门批准	☒ 不需要 ☐ 需要
需要批准的报批安排	/
供应商邀请方式	☒ 公开方式 ☐ 邀请（推荐）方式
用供应商邀请方式的依据	/
评审规则	☒ 最低评标价法 ☐ 综合评分法
选最低评标价法的理由	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十四条规定“政府采购招标评标方法分为最低评标价法和综合评分法。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。”
选综合评分法的理由	/
评标方法描述	最低评标价法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

合同管理安排	合同类型	☒ 买卖合同 ☐ 建设工程合同 ☐ 技术合同 ☐ 物业服务合同 ☐ 委托合同 ☐ 其他
	选择合同类型的理由	本项目为货物
	定价方式	☒ 固定总价，要求：不高于预算金额。
		☐ 固定单价，要求：
		☐ 成本补偿，要求：
		☐ 绩效激励，要求：
	选择定价方式的理由	1、工程造价易于结算；2、量与价的风险主要由供应商承担；3、承包商索赔机会少；4、合同总价一次包干，总价优先。
合同文本的主要条款	交货时间地点 1、合同金额：成交价为合同总价， 2、合同工期：合同签订后15天内完成交货、安装、调试验收、人员相关培训。 质保及售后 1. OCT 主机整机质保≥3 年，超乳清洗机质保≥2 年； 2. 质保期从验收合格后开始计算，质保期内如出现质量问题要求免费上门服务，如有需要应在采购人规定时间到达现场解决质量问题，在质保期后供应商能提供有偿终身维护。 3. 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。 4. 接到故障报修之后，湖南省内 24 小时技术人员上门维修； 5. 质保期之内免费维修、免费软件更新，提供常备易损件供应渠道； 6. 质保期满之后可提供优惠维保报价，配件耗材市场价供货。	
履约验收主体	☒ 采购人 ☐ 采购代理机构 ☐ 本项目的其他供应商 ☐ 专家 ☐ 第三方专业机构 ☐ 服务对象 ☐ 其他	

合同管理安排	履约验收时间	预计2026年10月
	履约验收方式	现场验收
	履约验收程序	由中标方书面申请验收，由采购人验收领导小组成员到现场验收，验收合格方可办理结算。
	履约验收内容	具体以文件清单、采购需求及说明所含全部内容为准。
	履约验收验收标准	具体以文件清单、采购需求及说明所含全部内容为准。
	履约验收其他事项	无
付款方式		按合同执行

填表说明：

- 1、若本表项目有分包，可以自行增行。
- 2、进口产品采购应报市级财政部门核准，核准资料作为附件提供。
- 3、标的配套设备、备件、耗材等若服务类和工程类有，也须列明。
- 4、本表填列的具体要求请参照文件指导。

平江县汉昌街道社区卫生服务中心眼科专科建设设备采购项目采购需求

一、项目概况

1. 采购背景

为提升社区基础卫生医疗服务能力，打造特色基层卫生机构眼科特色科室，完善眼底病筛查、青光眼诊断、眼前节检查业务条件，现采购光学相干断层扫描仪（OCT）1台，配套适配本院现有超乳手术设备专用耗材配件、超乳清洗机，用于日常眼科门诊筛查、术前检查、术后复查。

2. 采购预算

本项目采购总预算：750000.00 元（柒拾伍万元整），为本项目最高限价，报价不得超出预算。

3. 采购清单及技术参数要求

本项目所有供货产品均为全新原厂正品、未拆封、未使用、最新量产版本，无翻新、无改装、无串货设备，完全符合国家医疗器械行业标准。带▲为关键性实质性参数，投标人须100%满足，不满足视为无效投标。

序号	设备/耗材名称	详细技术规格参数	数量	单位	备注
1	光学相干断层扫描仪（OCT，含OCTA血流成像）	1. 扫描速度：≥86000 次 A- Scan / 秒 2. 扫频激光器中心波长：≥850nm 3. 最小瞳孔直径：≤2.5mm 4. 眼底扫描深度：≥4.5mm 5. 前节扫描深度：≥6mm 6. 眼底扫描长度：≥14mm 7. 前节扫描长度：≥12mm 8. 轴向分辨率（光学）≤5 μm 9. 横向分辨率（光学）≤20 μm 10. 扫描方式：单线、十字、辐射、网格、栅格、ONH、GMA、黄斑容积、3D 黄斑、3D 视盘、黄斑 OCTA、视盘 OCTA，前节单线、前节辐射、高清辐射、前节 3D 11. 实时眼球追踪≥60Hz 12. 屈光补偿范围：- 20D~+15D 13. ▲外置眼前节镜头或眼前节适配器（提供产品检验报告或产品注册证） 14. 眼底图成像范围视场角≥36°×36° 15. ▲眼底成像波长：≥840nm（提供注册检验报告或委托检验报告）	1	台	核心诊疗设备，二类医疗器械

		16.角膜厚度测量准确性和重复性检测：测量准确度： $\leq 3\%$ ，测量重复性：相对标准差 $\leq 0.75\%$ 17.OCTA 成像功能：单次成像范围 $\geq 12\text{mm} \times 12\text{mm}$ 18. 血流成像拼图范围： $\geq 28\text{mm} \times 24\text{mm}$ 19. 血管线密度：支持各种尺寸范围的 ETDRS 和网格的血管线密度量化 20. 全中文操作系统，电脑和 OCT 主机分体化设计，便于电脑硬件后期升级 21. 标配配套医用电脑系统（含高清显示器）、彩色医用报告打印机。			
2	超乳机专用超乳手柄	1. 产品具备 第三类医疗器械注册证 ，资质合法有效 2. 为采购人院内现有超乳设备原厂原装配套配件，完全适配主机，保障手术性能稳定 3. 人体接触材料：Ti6AL4V、Titan 等级 2，生物相容性安全，符合医用植入及接触材料标准 4. 适配 2.8mm、2.2mm、1.6mm 三种常规同轴超乳手术切口针头及灌注套管 5. 设备适配工作频率：28KHz，与院内主机参数匹配 6. 单套配置：超乳手柄 1 个、超乳针头 1 个、注吸针头 1 个、专用管路 2 根、灌注套管 5 个、超乳测试腔 1 个	4	套	三类医疗器械，手术核心配件
3	IA 注吸手柄	与院内现有超乳设备、本次采购超乳手柄完全配套兼容，满足手术注吸操作临床需求，原厂正品，性能稳定	6	个	手术专用配件
4	超乳清洗机	专为超乳手柄、手术针头、管路等眼科精密手术配件设计，适配本院全套超乳手术配件清洗、除垢、养护需求，清洗均匀、无损伤，满足医院院感管控及设备养护标准	1	台	配套养护设备

兼容性硬性要求：所有超乳手柄、管路、灌注套管、针头、注吸手柄等配件，必须 100%兼容采购人院内现存超声乳化设备。投标人须自行踏勘现场核实设备参数，投标时提供**兼容性承诺函**；中标后免费完成全部适配调试，若出现无法兼容、无法正常使用等问题，由中标人无条件免费更换、整改，承担全部费用及违约责任。

二、商务、安装调试、售后服务需求

（一）资质文件要求

1. 投标人为制造商须具备行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证，并处于有效期；

2. 投标人为经销商或代理商须具备行政主管部门颁发的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，并处于有效期。

（二）安装、调试、验收

1. 中标方免费上门勘测场地、制定安放方案，免费完成设备安装、接线调试；
2. 负责全部配件、耗材适配调试，保证所有手柄配件可正常适配本院现有超乳设备；
3. 完成安装之后开展院内操作人员免费实操培训，培训操作、日常保养、简易故障排查；
4. 验收标准：设备全部参数达标、配件兼容正常使用，参照医疗器械国家行业标准、招标文件参数逐项核验。

（三）交货时间地点

交货地点：采购人指定。

合同履约期限：合同签订后 15 天内完成交货、安装、调试验收、人员相关培训。

（四）质保及售后

1. OCT 主机整机质保≥3 年，超乳清洗机质保≥2 年；
2. 质保期从验收合格后开始计算，质保期内如出现质量问题要求免费上门服务，如有需要应在采购人规定时间到达现场解决质量问题，在质保期后供应商能提供有偿终身维护。
3. 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。
4. 接到故障报修之后，湖南省内 24 小时技术人员上门维修；
5. 质保期之内免费维修、免费软件更新，提供常备易损件供应渠道；
6. 质保期满之后可提供优惠维保报价，配件耗材市场价供货。

（五）产品运输、保险及保管

1. 货物以适合运输、装卸和气候变化的方式对货物进行包装，有良好的防潮、防腐、防湿、防震等保护措施，以确保货物安全运抵现场而不因上述原因使货物受损，投标人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
2. 成交人负责产品在交货地点的保管，直至项目验收合格。
3. 成交人负责其派出的施工交货人员的薪水支付和人身意外保险。

（六）质量要求

产品按国家行业标准执行。验收时必须达到国家和行业的有关规定和标准，由采购人组织相关人员按国家行业标准进行质量检验，若产品经检验质量低于相关标准，则买方可拒付货款。

（七）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

严格按照国家及行业相关标准进行验收，投标产品均需由获得相关生产资质的厂家生产。对未达到技术要求的不合格产品，一律拒收，采购人有权拒付不合格产品的费用，并可终止合同执行。

（八）付款方式

合同中约定

三、其他采购约束

1. 本采购需求没有指定特定品牌、型号，供应商所投产品只要满足全部技术指标均可参与投标；
2. 供应商提供的产品应是满足清单中要求，验收时如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由供应商承担。
3. 所有超乳相关配件耗材必须适配采购人现有设备，供应商须自行提前前往现场核实设备参数，中标之后因配件不兼容产生的更换、返工费用全部由中标人承担；
4. 设备交付周期：合同签订之后 15 日历天之内完成供货、安装调试、人员培训；
5. 成交之后所有货物所有权在验收合格之后转移至采购人。
- 6、投标人在投标前，须踏勘现场的，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
- 7、本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目响应服务，以及验收、修复、管理、税金、利润等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。