

岳阳市平江县政府采购项目实施计划表



编制单位名称：平江县公安局 编制时间 2026年7月20日

项目名称		平江县公安局DNA实验室建设项目	
采购单位		平江县公安局	
☒ 自行组织编制	负责人	联系方式	电子邮箱
	吴迈军	13575020572	
	其它参与编制人员	周细澜、张友、谭峥	
☐ 委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称		
	联系人	联系方式	电子邮箱
采购项目类别		☒ 货物 ☐ 服务 ☐ 工程	
合同订立安排	项目预计实施时间	2026年8月	
	项目进场/交付时间	2026年9月-2026年12月	
	项目实施地点	平江县公安局	
	采购方式	☐ 集中采购 ☒ 分散采购	
	委托代理安排	☐ 自行采购 ☐ 集中采购机构 ☒ 社会代理机构	
	供应商资格条件	1、供应商的基本资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2、供应商特定资格条件：（1）投标人须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上的企业资质，且安全生产许可证处于有效期； （2）湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）； （3）施工项目部关键岗位人员的任职资格及配备数量应符合《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》的湘建建（2020）208号文件要求，本项目最低配备为项目负责人1人、技术负责人1人、专职安全员1人； （4）拟任施工项目负责人具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格证书，并具有省住房和城乡建设行政主管部门核发的有效B类安全生产考核合格证书，注册证书与本单位名称必须一致；技术负责人应具有中专及以上学历、建筑工程专业助理工程师及以上职称；	

合同 订立 安排	项目预算金额	554.755759万元				
	项目最高限价	554.755759万元				
	采购包划分与 合同分包	是否分包	☐ 是 ☒ 否			
		采购包划分要求				
		合同分包要求				
	标的（产品） 品目	计量单位	数量	进口/国产	核心产品	备注
其他试验仪器及 装置A02100699	批	1	国产	包含微型离心机、台式高速离心机、冷冻高速离心机、96孔板离心机、台式洗眼器、滴水架、铝合金万向罩、通风柜、生物显微镜、恒温混匀仪、涡旋振荡器、清洗消毒机、移液枪、恒温干燥箱、纯水仪、超声波清洗器、生物物证提取箱、加热磁力搅拌器、磁力架、恒温金属浴、生物反转摇匀仪、全能智勘集成仪、实验室污水处理设备、自动样品冷冻研磨机、电子天平、PCR仪、STR 片段分析仪、全自动疑难检材DNA分析工作站、操作台、中央提取台、面光源台、控制台(盘)、操作台(盘)、应急台(盘)、超宽测序台、受理台等符合行业标准		
合同 订立 安排	配套设备等	/				
	包装和运输要求	成交供应商负责设备到安装地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 成交供应商负责设备在这安装地点的保管，直至项目验收合格。				
	保险要求	成交供应商负责其派出的人员的人身意外保险等等，采购人均不承担责任。 成交供应商负责在开工前投保安全生产责任保险，其保险费用包含在安全生产经费中。				
	采购方式	☒ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☐ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商 ☐ 询价 ☐ 单一来源采购 ☐ 其他				
	采购方式是否需要 财政部门批准	☒ 不需要 ☐ 需要				
	需要批准的报批安排					
	供应商邀请方式	☒ 公开方式 ☐ 邀请（推荐）方式				
	用供应商邀请方式的依据					
	评审规则	☐ 最低评标价法 ☒ 综合评分法				

	选最低评标价法的理由	
	选综合评分法的理由	采购需求客观、明确，且技术较复杂或者专业性较强的采购项目
	评标方法描述	各投标人的价格占比30%，商务占比30%，技术占比40%，各评审小组对投标文件进行客观公正的评审后计算各分值后汇总，按总分高低进行排序，专家推荐前三名为中标候选人
合同管理安排	合同类型	☒ 买卖合同 ☐ 建设工程合同 ☐ 技术合同 ☐ 服务合同 ☐ 委托合同 ☐ 其他
	选择合同类型的理由	
	定价方式	☒ 固定总价，要求：
		☐ 固定单价，要求：
		☐ 成本补偿，要求：
		☐ 绩效激励，要求：
	选择定价方式的理由	采购需求客观、明确，且技术较复杂或者专业性较强的采购项目
	合同文本应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，包括但不限于标的名称，采购标的质量、数量(规模)，履行 时间(期限)、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款 进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。具体条款应包含： 1. 项目信息 (1) 采购项目名称： (2) 采购计划编号： (3) 项目内容： (4) 是否分包：否 (5) 项目负责人： (6) 联系电话： 2. 合同金额 (1) 合同金额小写： 大写： (2) 具体标的见附件。 (3) 合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励 (4) 付款方式：签订合同时约定。	

	合同文本的主要条款	3. 合同履行 (1) 起始日期：2026年9月 日，完成日期：2026年12月 日。总日历天数：90天。 (2) 地点： (3) 方式： 由双方签订的合同约定的方式来履行 (4) 履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。 (5) 质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。 4. 合同验收 (1) 验收主体：(2) 验收方式：由采购人组织验收活动，成交供应商负责在当地主管部门办理项目验收备案（如需要）。(3) 验收标准：按采购技术要求进行 5. 解决合同纠纷方式 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷： ☐ 提请仲裁 ☒ 向人民法院提起诉讼 6. 组成合同的文件 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释： (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议 (2) 本合同协议书 (3) 中标通知书 (4) 响应文件 (5) 政府采购合同专用条款 (6) 政府采购合同通用条款 (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。(8) 其他合同文件。
	履约验收主体	☐ 采购代理机构 ☐ 本项目的其他供应商 ☐ 专家 ☐ 第三方专业机构 ☐ 服务对象 ☒ 其他
合同管理安排	履约验收时间	10个工作日
	履约验收方式	由采购人组织验收活动，中标供应商负责在当地主管部门办理项目验收备案（如需要）。
	履约验收程序	(一) 项目实施完成后，成交供应商向采购单位提交项目实施完工报告，申请验收。 (二) 采购单位收到项目实施完工报告后，对符合验收要求的项目，组织相关单位和专家组成验收组，制定验收方案。 (三) 采购单位应当在项目完工验收7个工作日内将验收的时间、地点及验收组名单书面通知该项目的监督机构。
	履约验收内容	按工程量清单和合同等
	履约验收验收标准	按相关行业标准
	履约验收其他事项	无
付款方式		合同签订时约定

填表说明：

- 1、若本表项目有分包，可以自行增生。
- 2、进口产品采购应报市级财政部门核准，核准资料作为附件提供。
- 3、标的配套设备、备件、耗材等若服务类和工程类有，也须列明。
- 4、本表填列的具体要求请参照文件指导。

岳阳市平江县政府采购项目需求表

编制单位名称平江县公安局编制时间 2026年7 月20日

项目名称		平江县公安局DNA实验室建设项目				
采购单位		平江县公安局				
☒ 自行组织编制	负责人	联系方式		电子邮箱		
	吴迈军	13575020572				
	其它参与编制人员	周细澜、张友、谭峥				
☐ 委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称					
	联系人	联系方式		电子邮箱		
采购项目类别		☒ 货物 ☐ 服务 ☐ 工程				
需求调查	是否开展需求调查	☐ 是 ☒ 否				
	不开展需求调查的理由	不属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定的情形				
预算金额（如有分包，请自行加行）		554.755759万元				
采购标的汇总表	标的（产品）品目	计量单位	数量	进口/国产	核心产品	备注
	其他试验仪器及装置 A02100699	批	1	国产	包含微型离心机、台式高速离心机、冷冻高速离心机、96孔板离心机、台式洗眼器、滴水架、铝合金万向罩、通风柜、生物显微镜、恒温混匀仪、涡旋振荡器、清洗消毒机、移液枪、恒温干燥箱、纯水仪、超声波清洗器、生物物证提取箱、加热磁力搅拌器、磁力架、恒温金属浴、生物反转摇匀仪、全能智勘集成仪、实验室污水处理设备、自动样品冷冻研磨机、电子天平、PCR仪、STR 片段分析仪、全自动疑难检材DNA分析工作站、操作台、中央提取台、面光源台、控制台(盘)、操作台(盘)、应急台(盘)、超宽测序台、受理台等符合行业标准	
	技术要求	详见财评报告				

技术商务要求（如有分包，请自行加行）

商务要求

4.1.1 DNA实验室专业设备配套建设要求 4.1.1.1实验室各区间按功能要求配备有相应防火、防震、防腐、防潮、防尘、防静电、恒温、消毒和给排水等设施。 4.1.1.2在特定实验室区间具备防气溶胶污染、免交叉污染的消毒设备、通排风、空调等设施。 4.1.1.3质量要求：装修工程符合国家《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）以及配套的相关工程质量验收规范的合格等级。 4.1.2付款方式：合同中约定。 4.1.3交付日期：合同签订之日起90天内竣工验收完毕。 4.1.4合同定价方式 固定总价包干。投标人投标报价应包含完成本项目所需的设备费、材料费、运输费、装卸费、安装调试费、装修施工费、人工费、管理费、保险费、税费、培训费、售后服务费及不可预见费等一切费用。合同执行期间不因市场价格波动、政策调整等因素调整合同总价。 4.1.5包装运输 ①包装须与运输方式相适应，费用由中标人承担；②包装应足以承受运输、转运、装卸、储存等全过程，充分考虑露天存放需要；③每一包装箱须标注中文品名、箱号、毛重、尺寸、净重及“小心轻放”“此边向上”等提示信息；⑤中标方负责所有设施设备到施工地点的装卸、搬运、保管等，并负责其派出的施工人员的的人身意外保险等，采购人均不承担责任。
4.2 项目实施要求 4.2.1本项目不接受分包。中标人须自行完成全部合同内容，不得将任何工作转包或违法分包给第三方。 4.2.2 人员配置要求 ① 安装调试与试运行支持：中标人应派遣具备相关专业技能的技术人员，负责设备的安装调试、日常运维指导及应急响应，确保设备系统正常运行；试运行期间提供现场技术指导。 ② 常驻技术服务（服务期≥2年）：设备正常运行后，中标人须派驻不少于2名具备相关专业技能的技术人员常驻实验室，负责设备的日常运行维护、技术指导、试剂应用及异常处理，确保设备在恒温、恒湿、负压环境下稳定运行。驻场人员须签署保密协议，严格遵守采购人保密管理规定。 4.2.3施工组织管理 ①成交供应商须加强施工现场组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工规章制度，持证上岗；②施工组织设计须包含：施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与保证措施、资源配备计划与保证措施；③施工期间须接受采购人及监理工程师的监督管理。 4.3设备交付与验收要求 4.3.1交付内容 中标人交货时应将以下文件一并交付：①设备经国家有关部门颁发的产品鉴定证书；②使用许可证；③用户手册、产品合格证、保修手册；④有关图纸、技术资料；⑤配件及随机工具清单。所有文件须为中文版本或附中文翻译。 4.3.2验收流程 ①设备全部到达现场并完成安装调试后，中标人提出初验申请，采购人10个工作日内组织初验；②初验合格后进入15天试运行期；③试运行结束后中标人提出终验申请，采购人15个工作日内组织终验；④终验合格后签发终验报告，质保期自此起算。 4.3.3验收标准 ①设备验收：符合招标文件技术规格书要求，性能满足采购需求，具备产品合格证；②装修验收：符合《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及配套的各专业工程质量验收规范合格等级；③DNA实验室专项验收：符合《通风空调工程施工及验收规范》（GB50243-2002）、《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）。4.3.4验收费用 验收相关费用由中标人承担。若采购人认为设备存在质量问题而协商不能解决的，可向采购人所在地质量检验部门提出检验申请。经检验若设备存在质量问题，中标人除负责更换

	4. 4质保期与售后服务 4. 4. 1质保期限①质保期不少于3年（自终验合格之日起算）；③装修部分保修按《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部〔2000〕80号令）及相关最新标准执行，保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在保修预留金中双倍扣除，不足部分，采购人有权进行追偿。 4. 4. 2售后服务要求 4. 4. 2. 1响应时间①中标人须提供7×24小时电话/远程服务热线，接到报修后1小时内给予答复；②需现场处理的，工程师须在48小时内到达现场解决问题；③若48小时内无法修复故障设备，中标人须免费提供不低于同档次的替代设备供采购人使用，保障实验室正常运行，直至原设备修复；④质保期内提供免费产品升级服务和相关的信息技术跟进工作，根据采购人需求提供相关试剂盒的分批配送及新产品升级、更换服务；⑤终身免费提供产品系统、软件方面的更新、升级服务。 4. 4. 2. 2质量“三包”①质保期内中标人须进行质量“三包”：15天内无条件退货；30天内出现质量问题直接更换；②30天后修理两次仍不能正常使用的，或每次修理时间超过15天的，应予退货；③修理、更换、退货等所有费用由中标人承担。 4. 4. 2. 3预防性维护质保期内每年提供不少于1次的上门预防性维护保养，内容包括仪器状态检查、光路/管路校正、易耗件更换等，并出具正式的维护校正报告。 4. 4. 2. 4原厂服务承诺①中标人须在投标文件中承诺中标后提供核心产品（STR 片段分析仪、全自动疑难检材DNA分析工作站）制造商出具的授权书用售后服务承诺书原件。 4. 5培训要求①中标人须免费对采购人员进行操作、日常保养等培训，直至采购人员能完全独立操作；②提供现场操作、运行、维护等相关的培训及必需的培训资料；③实验室运行后，在日常工作中如需中标人技术团队支持，中标人应在约定时间内到达并提供专业技术支持。 4. 6知识产权与保密要求 4. 6. 1知识产权①中标人保证所提供的设备、软件、技术方案不侵犯任何第三方的知识产权；②若因中标人提供的设备、技术引发知识产权纠纷，由中标人承担全部法律责任和经济赔偿责任；③设备无所有权及知识产权争议，在中国境内可合法使用。 4. 6. 2保密要求①中标人及其派驻人员须严格遵守采购人保密管理规定，签署保密协议；②未经采购人书面同意，不得将采购人提供的任何资料、数据、信息透露给第三方；③项目涉及的公安DNA数据库建设相关数据，中标人不得私自复制、留存或外传。 4. 7违约责任 4. 7. 1逾期交付：中标人未按合同约定时间完成供货、安装调试或竣工验收的，每逾期一日，须按合同总金额的 0.5% 向采购人支付违约金；逾期超过30日的，采购人有权单方解除合同，中标人须退还已收取的全部款项并赔偿采购人因此遭受的全部损失。 4. 7. 2质量违约中标人提供的设备或服务不符合合同约定的质量标准，采购人有权要求中标人限期整改、更换或退货。整改后仍不合格的，采购人有权解除合同，中标人须退还已收取的全部款项并按合同总金额的10%支付违约金。 4. 7. 3人员违约中标人派驻的人员不符合合同约定资格要求或擅自更换人员的，采购人有权要求中标人在5个工作日内更换，每发生一次，中标人须支付违约金5000元。 4. 7. 4争议解决合同履行期间若发生争议，双方协商解决；协商不成的，提交项目所在地仲裁委员会仲裁。
--	---

填表说明：1、此表为不需开展需求调查的项目，如果属要开展需求调查的项目，还需另外填列《需求调查表》。

2、《采购标的汇总表》根据项目类型可调整。其中：1)政府购买服务项目请在备注栏注明指导性目录编号。2)服务类采购项目请提供服务内容或方案清单作附件。3)工程类采购项目请提供工程量清单作附件。

3、本表填列的具体要求请参照文件指导。