

附件 2

岳阳市政府采购项目采购实施计划

项目名称：岳阳市人民医院西门子双源 CT、直线加速器及定位
CT 维保服务（2026 年 8 月-2027 年 8 月）采购项目

采购单位：岳阳市人民医院

主管单位：岳阳市卫生健康委员会

编制单位：国鼎和诚项目管理集团有限公司

编制时间：2026 年 6 月 19 日

编制说明

一、适用范围

岳阳市各级预算单位使用财政性资金采购货物、工程和服务的项目。

二、编制要求

1. 编制的项目采购实施计划，应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

2. 采购单位对填报内容的真实性负责，可以自行组织编制，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制，委托编制的应当在委托协议中明确委托职责及要求，并对其委托编制的内容真实性负责。

三、其他说明

1. 斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除；对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

2. 项目采购实施计划作为采购资料存档备。

一、基本信息

项目名称	岳阳市人民医院西门子双源 CT、直线加速器及定位 CT 维保服务（2026 年 8 月-2027 年 8 月） 采购项目		
采购单位	岳阳市人民医院		
☒ 自行组织编制	负责人	联系方式	电子邮箱
	黎涛	18673012658	/
	其它参与编制人员	/	
☐ 委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称		
	联系人	联系方式	电子邮箱
采购项目类别	☐ 货物 ☒ 服务 ☐ 工程		

二、合同订立安排

（一）开展采购活动的时间和地点安排

- 1. 采购项目实施时间：2026 年 8 月
- 2. 采购项目进场/交付时间要求：服务期限一年。
- 3. 采购项目实施地点：岳阳市人民医院

（二）采购组织形式

☐集中采购 ☒分散采购

（三）委托代理安排

☐自行采购☐集中采购机构 ☒社会代理机构

（四）供应商资格条件

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

☒ 专门面向： ☒ 中小企业 ☐ 小微企业 ☐ 监狱企业 ☐ 福利性单位

☐ 强制分包：大型企业应将采购份额的 %分包给中小企业。

3、投标人特定资格条件：无

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标。本次招标不接受(接受或不接受)联合体投标。

（五）采购项目项目预（概）算及最高限价

包 1：项目预（概）算：2900000.00 元，最高限价：2900000.00 元

（六）采购包划分与合同分包

1. 是否进行分包： ☐是 ☒否

（七）采购方式

1. 包 1

(1) 采购方式

- ☒公开招标 ☐邀请招标
- ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商
- ☐询价 ☐单一来源采购
- ☐其他采购方式:

(2) 采购方式是否需要财政部门批准:

- ☐不需要
- ☒需要, 报批安排: 在财政一体化系统进行项目采购计划申报

(八) 竞争范围

1. 包 1

- ☒公开方式
- ☐邀请方式

(九) 评审规则

1. 包 1

- ☐最低评标价法, 选择该评审规则的理由:
- ☒综合评分法, 选择该评审规则的理由:

取值范围

1. 2. 3 权值的取值范围见下表, 本采购项目的权值为:

序号	项 目	权值的取值
1	价格	A1=15%
2	技术	A2=65%

3	商务	A3=20%
4	其他	0%
$\Sigma (1+2+3+4)=1$		

评标方法及标准表

序号	评标因素	评审内容	分值
A1 投标报价（满分值为 100 分）			
1	投标报价	以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计满分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100×权值 注：根据财政部令第 87 号第六十条的规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	100 分
A2 技术部分（满分值为 100 分）			
1	对采购需求响应程度	投标人响应的采购需求条款清楚，阐述详尽，满足招标文件的全部技术要求的计 40 分。注“★”的条款为核心条款，偏离一项为无效投标；标注“▲”条款为重要条款，共 8 项（其中西门子 CT 维保服务要求中有 2 项、医用直线加速器及定位 CT 维保服务要求中有 6 项），每负偏离一项，扣 4 分。其它一般条款，共 10 项（其中西门子 CT 维保服务要求中有 4 项、医用直线加速器及定位 CT 维保服务要求中有 6 项），每负偏离一项扣 0.8 分，扣完为止。 注：①负偏离包括但不限于：缺漏项、技术参数不明、配置不详等。 ②采购需求中标明要求提供证明材料的条款，应当提供证明材料，未按要求提供的视同负偏离。	40 分
2	维保服务方案	根据投标人针对本项目提供的整体维保方案，至少包含：（1）故障报修响应时间及到场时间；（2）故障解决方案含维修人员派遣计划；（3）日常保养方案；（4）人员培训方案，（5）定期巡查、维修记录、维护保障方案）进行综合评价。 各项内容完善、合理且具有可行性的计 40 分；每缺少一项内容扣 8 分，每项中有不合理、不完整、不符合项目实际情况的，每处扣 2 分，扣完为止。未提供方案的计 0 分。	40 分

3	应急处理 方案	根据投标人针对本项目提供的整体应急处理方案（包括但不限于：①应急响应体系；②应急响应流程；③解决方案；④指定专员管理安排）进行综合评价。 各项内容完善、合理且具有可行性的计 20 分；每缺少一项内容扣 5 分，每项中有不合理、不完整、不符合项目实际情况的，每处扣 2 分，扣完为止。未提供方案的计 0 分。	20 分
A3 商务部分（满分值为 100 分）			
1	业绩	服务商或厂商提供近三年（2023 年 6 月 1 日至投标截止时间）有效业绩 有效业绩定义：同时满足以下全部要求同类业绩才属于有效业绩。 同类业绩指：合同的维保服务范围需包含本项目同品牌的 CT 或直线加速器，单独提供同品牌 CT 维保合同每份 7.5 分，最多得 22.5 分；单独提供同品牌直线加速器维保合同每份 7.5 分，最多得 22.5 分。 证明文件：必须提供合同扫描件（需含产品清单），未提供不得分。	45分
2	服务能力	投标人是提供本项目维保 CT 和直线加速器制造厂商的授权售后服务单位的（提供授权证明）计 35 分，其他没有授权的计 20 分。	35分
3	实力	服务商或厂商获得 ISO9001 质量管理认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO13485 医疗器械管理体系认证的，每提供一个认证证书计 5 分，最高计 20 分，投标时提供证书复印件加盖投标人公章，所有证书认证范围须涵盖医疗器械维修或医用放射诊疗设备维保等相关服务内容，且证书在有效期内，否则不计分。	20分

三、合同管理安排

（一）合同类型

1. 包 1

☐ 买卖合同

☐ 建设工程合同

☒ 技术合同

☐ 物业服务合同

☐ 委托合同

☐ 其他：

选择合同类型的理由：本项目属于医疗设备维保、维修技术服务

（二）定价方式

1. 包 1

☒ 固定总价，要求：

☐ 固定单价，要求：

☐ 成本补偿，要求：

☐ 绩效激励，要求：

选择定价方式的理由：

（三）合同文本的主要条款

1. 包 1：合同中约定

（四）履约验收方案

按合同执行。

（1）履约验收主体

采购人：岳阳市人民医院

☐ 采购代理机构：

☐ 本项目的其他供应商：

☐ 第三方专业机构：

☐ 专家：

☐ 服务对象：

☐ 其他：

（2）履约验收时间：

（3）履约验收方式

(4) 履约验收程序

(5) 履约验收内容：按项目清单所有内容

(6) 履约验收验收标准：合格

(7) 履约验收其他事项

四. 付款方式：每半年支付 50%，前半年（6 个月）服务完成后，在第 7 个月支付前 6 个月的服务费；一年服务期满后，支付剩余 6 个月的服务费。